



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Щодо погодження проекту
наказу Мінекономіки

Мінекономіки надсилає проект наказу «Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів виміральної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» (далі – проект Наказу), розроблений з метою забезпечення реалізації статті 18 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» у редакції, яка набере чинності 03.07.2020.

Просимо погодити проект Наказу у десятиденний строк.

- Додатки:
1. Проект Наказу на 22 арк. в 1 прим.
 2. Пояснювальна записка на 6 арк. в 1 прим.
 3. Аналіз регуляторного впливу на 16 арк.
 4. Копія повідомлення про оприлюднення проекту наказу на 1 арк.

Міністр

Ігор ПЕТРАШКО

Ярошенко 596 68 22



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



3421-02/27291-03 від 28.04.2020



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

Н А К А З

№ _____

Київ

**Про деякі питання щодо видачі
свідоцтва про уповноваження
на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації
та застосовуються у сфері законодавчо
регульованої метрології**

Відповідно до статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та підпункту 6 пункту 13 розділу I Закону України від 06 червня 2019 року № 2740-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

вимоги, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



3421-02/27291-03 від 28.04.2021

регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям;

вимоги до структури та змісту документів наукового метрологічного центру, державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочної лабораторії, які уповноважуються на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, для досягнення їх відповідності встановленим критеріям та до свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

від 23 вересня 2015 року № 1192 “Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року за № 1213/27658;

від 29 серпня 2016 року № 1412 “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2016 року за № 1253/29383.

3. Департаменту технічного регулювання та метрології в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності підпунктом 6 пункту 13 розділу I Закону України від 06 червня 2019 року № 2740-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання”, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов’язків.

**Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України**
3421

Ігор ПЕТРАШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України

№ _____

ВИМОГИ,

яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів виміральної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям

1. З метою досягнення науковим метрологічним центром, державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочною лабораторією (далі – заявник) відповідності критерію щодо незалежності та неупередженості він повинен відповідати таким вимогам:

1) організаційно-правова форма, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та порядок оплати праці персоналу заявника повинні забезпечувати впевненість органу з уповноваження в тому, що заявник, його персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки засобів виміральної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі –

законодавчо регульовані ЗВТ), є об'єктивними і незалежними від розробників, виробників, постачальників, монтажників, покупців, власників, користувачів законодавчо регульованих ЗВТ або осіб, відповідальних за ремонт чи обслуговування законодавчо регульованих ЗВТ, перевірку яких вони здійснюють, або від представників будь-якої з цих сторін;

2) діяльність заявника не повинна бути пов'язана з розробленням, виробництвом, постачанням, установленням, використанням, ремонтом або обслуговуванням законодавчо регульованих ЗВТ, перевірку яких він здійснює;

3) у разі якщо заявник є відокремленим підрозділом підприємства, установи чи організації, його діяльність та діяльність підприємства, установи чи організації до складу якого/якої він входить, не повинні бути пов'язані з розробленням, виробництвом, постачанням, установленням, використанням, ремонтом або обслуговуванням законодавчо регульованих ЗВТ, перевірку яких здійснює відокремлений підрозділ.

4) персонал заявника, відповідальний за виконання робіт з перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинен працювати в заявника за основним місцем роботи та не повинен брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, установленні, використанні, ремонті чи обслуговуванні законодавчо регульованих ЗВТ, перевірку яких він здійснює, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності;

5) заявник повинен забезпечувати неупередженість персоналу, відповідального за виконання робіт з перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

6) винагорода персоналу заявника, відповідального за виконання робіт з перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, не повинна залежати від кількості проведених перевірок та їх результатів.

2. З метою досягнення заявника відповідності критерію щодо кваліфікації персоналу він повинен відповідати таким вимогам:

1) персонал заявника повинен здійснювати діяльність з перевірки

законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, з необхідною професійною доброчесністю та технічною компетентністю в заявленій сфері уповноваження та бути вільним від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

2) персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинен:

мати документально підтверджену технічну і професійну підготовку щодо повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, відповідно до заявленої сфери уповноваження, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за інженерно-технічними спеціальностями;

володіти знаннями, необхідними для організації та проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, і вміннями з підготовки свідоцтв про повірку законодавчо регульованих ЗВТ та довідок про непридатність законодавчо регульованих ЗВТ, протоколів і звітів, які демонструють виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ;

дотримуватися в порядку, визначеному законодавством, вимог конфіденційності та зберігати комерційну таємницю щодо всієї інформації, отриманої під час виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

забезпечувати збереження законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, поданих на повірку;

3) персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинен знати:

закони та інші нормативно-правові акти України у сфері метрології та метрологічної діяльності;

нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності;

основи метрології, основні принципи та методи проведення вимірювань і одержання їх результатів;

методики повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, стосовно категорій законодавчо регульованих ЗВТ, зазначених у заявленій сфері уповноваження;

принцип дії та конструкцію робочих еталонів, які використовуються під час проведення повірки, та законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, які повіряються;

4) персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинен уміти:

виконувати операції повірки згідно з методиками повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

оцінювати границі похибки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, які повіряються, спричинені зміною умов повірки;

виконувати роботи, необхідні для забезпечення нормального функціонування робочих еталонів, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, що застосовуються під час повірки;

проводити оцінку достатності співвідношення між розширеною невизначеністю робочих еталонів, що застосовуються під час повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та встановленими границями допустимої похибки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, які повіряються;

правильно оформлювати результати повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

5) не менш як половина штатного персоналу заявника, відповідального за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинна мати досвід роботи у сфері метрології та метрологічної діяльності не менше одного року;

6) персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинен проходити підвищення кваліфікації щодо проведення повірки законодавчо регульованих

ЗВТ, що перебувають в експлуатації, перевірку яких він проводить, не рідше одного разу на п'ять років.

3. З метою досягнення заявника відповідності критерію щодо наявності матеріально-технічної бази він повинен відповідати таким вимогам:

1) заявник повинен мати власні та/або орендовані приміщення, необхідні для виконання перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, відповідно до заявленої сфери уповноваження, зі строком дії договору користування приміщенням (найму приміщення) не менше ніж п'ять років;

2) приміщення заявника, у яких проводиться перевірка, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам:

методик перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, відповідно до заявленої сфери уповноваження щодо умов виконання цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, характеристики заземлення, рівень електромагнітних завад тощо);

охорони праці та санітарним нормам і правилам;

експлуатаційної документації на робочі еталони, допоміжні ЗВТ і допоміжне обладнання для перевірки, що використовуються в цих приміщеннях;

3) заявник повинен мати власні робочі еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання, необхідні для проведення перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, у заявленій сфері уповноваження;

4) робочі еталони, які застосовуються під час проведення перевірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинні бути калібровані відповідно до порядку, встановленого Мінекономіки, з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23;

5) простежуваність робочих еталонів повинна бути документально підтверджена документом про калібрування;

6) метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання повинні бути документально засвідчені;

7) у разі застосування стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандарті зразки) під час проведення повірки законодавчо регульованих, що перебувають в експлуатації, ці стандартні зразки повинні мати встановлені значення їх властивостей з відповідними невизначеностями вимірювань і простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35 та супроводжуватися документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31, з чинними строками застосування;

8) документи, що підтверджують результати калібрування робочих еталонів, допоміжних ЗВТ та засвідчують метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, повинні зберігатися протягом усього періоду використання цих еталонів, ЗВТ та обладнання.

4. З метою досягнення заявника відповідності критерію щодо наявності фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, заявник повинен мати актуалізований фонд організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, необхідних для виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, у заявленій сфері уповноваження, що містить:

1) національні стандарти та інші нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності;

2) методики повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

3) експлуатаційні документи на робочі еталони, допоміжні ЗВТ і допоміжне обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації.

5. З метою досягнення заявника відповідності критерію щодо наявності впровадженої системи якості система якості заявника повинна передбачати:

1) повноваження та ресурси персоналу, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків, зокрема впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

2) постійний контроль за виконанням повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, а також внутрішніх періодичних перевірок;

3) реєстрацію та зберігання заявок на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та матеріалів за результатами її проведення;

4) упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

5) задокументовану систему обліку, зберігання та поводження із законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають в експлуатації, які подані на повірку;

6) перевірку дотримання міжкалібрувальних інтервалів власних робочих еталонів та допоміжних ЗВТ, що застосовуються під час повірки;

7) нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

8) перевірку правильності оформлення свідоцтв про повірку законодавчо регульованих ЗВТ, довідок про непридатність законодавчо регульованих ЗВТ і протоколів повірки або робочих журналів, до яких уносяться результати повірки;

9) задокументовану систему обліку, зберігання та застосування повірочних тавр та контроль за їх застосуванням.

6. З метою досягнення заявника відповідності критерію щодо забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, він повинен відповідати таким вимогам:

1) заявник повинен забезпечувати оформлення результатів повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, у заявленій сфері уповноваження в установленому порядку;

2) заявник повинен накопичувати та зберігати протягом 10 років копії виданих ним свідоцтв про повірку та довідок про непридатність законодавчо регульованих ЗВТ. На вимогу наукових метрологічних центрів заявник повинен надавати їм знеособлені статистичні дані стосовно метрологічної надійності повірених ним законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації.

**Директор департаменту технічного
регулювання та метрології**

Микола КРИЖАНОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України

№ _____

ВИМОГИ

до структури та змісту документів наукового метрологічного центру, державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочної лабораторії, які уповноважуються на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, для досягнення їх відповідності встановленим критеріям та до свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

1. З метою досягнення науковим метрологічним центром, державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочною лабораторією, які уповноважуються на проведення повірки (далі – заявник) засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – законодавчо регульовані ЗВТ), відповідності встановленим критеріям паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинен складатися з вступної частини і форм, наведених у додатку 1 до цих Вимог.

Вступна частина повинна містити відомості про:

юридичну особу (повне найменування, скорочене (за наявності), найменування іноземними мовами (за наявності) та ідентифікаційний код);

місцезнаходження заявника (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офісу (за наявності) та засоби зв'язку (міжміський код/код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, телефаксу (за наявності), веб-сайт (за наявності));

керівника заявника (прізвище, ім'я, по батькові, посада);

місце проведення повірки (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офісу (за наявності) та засоби зв'язку (міжміський код/код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, телефаксу (за наявності));

для відокремленого підрозділу заявника, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, надається інформація про його повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявності), офісу (за наявності), телефону, телефаксу (за наявності); відомості про керівника відокремленого підрозділу (прізвище, ім'я, по батькові, посада), веб-сайт (за наявності).

Паспорт повинен містити відомості про наявність:

приміщень за формою 1 (додаток 1);

фахівців, які проводять повірку законодавчо регульованих ЗВТ, за формою 2 (додаток 1);

організаційних, нормативних і методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності за формою 3 (додаток 1);

робочих еталонів за формою 4 (додаток 1), допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання за формою 5 (додаток 1);

робочих місць за формою 6 (додаток 1);
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів за формою 7 (додаток 1).

Паспорт повинен бути затверджений керівником заявника.

2. З метою досягнення заявником відповідності встановленим критеріям проект сфери уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, який додається до заяви про уповноваження, повинен містити інформацію, викладену за формою, наведеною в додатку 2 до цих Вимог.

3. У разі встановлення відповідності заявника критеріям, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії Мінекономіки видає свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів виміральної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, за формою, установленною додатком 3 до цих Вимог.

**Директор департаменту
технічного регулювання та
метрології**

Микола КРИЖАНОВСЬКИЙ

Додаток 1

до Вимог до структури та змісту документів наукового метрологічного центру, державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочної лабораторії, які уповноважуються на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, для досягнення їх відповідності встановленим критеріям та до свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (пункт 1)

Форма 1

ВІДОМОСТІ про наявність приміщень

№ з/п	Найменування підрозділу, що буде проводити (проводить) повірку	Кількість приміщень, загальна площа та площа кожного приміщення, m ²	Температура (°C) та вологість (%) у приміщеннях	Освітленість робочих місць, lx	Рівень			Наявність спеціалізованого обладнання (вентиляція, кондиціонер, каналізація, заземлення тощо)
					шуму, dBA	вмісту токсичних речовин у повітрі робочої зони, %; mg/m ³	електромагнітних завад, $\mu V/m$; $\mu W/m^2$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примітка. У графах 4–8 наводять (через скісну риску) нормовані та фактичні значення. Норма зазначається згідно з документами, що регламентують вимоги до проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки).

ВІДОМОСТІ
про фахівців, які проводять повірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

№ з/п	Найменування підрозділу	Посада, прізвище, ім'я та по батькові	Освіта, спеціальність, назва навчального закладу, рік закінчення навчального закладу, науковий ступінь	Відомості про покладення функції проведення повірки, номер і дата наказу	Відомості про підвищення кваліфікації, номер і дата видачі посвідчення	Досвід проведення повірки, років
1	2	3	4	5	6	7

ВІДОМОСТІ
про наявність організаційних, нормативних і методичних документів
у сфері метрології та метрологічної діяльності

№ з/п	Назва документа (його позначення)
1	2

ВІДОМОСТІ
про наявність робочих еталонів

№ з/п	Назва та умовне позначення еталонів	Вид вимірювань	Основні метрологічні характеристики (діапазон вимірювань, значення невизначеності вимірювання)	Заводський номер	Документ, що підтверджує результати калібрування, номер, дата видачі, ким виданий
1	2	3	4	5	6

ВІДОМОСТІ
про наявність допоміжних засобів вимірювальної техніки
(крім робочих еталонів) і допоміжного обладнання

№ з/п	Найменування та умовне позначення допоміжних засобів вимірювальної техніки (крім робочих еталонів) і допоміжного обладнання	Номер робочого місця, де застосовується допоміжний засіб вимірювальної техніки, допоміжне обладнання	Основні характеристики	Документ, що підтверджує результати калібрування, номер, дата видачі, ким виданий	Дата наступного калібрування
1	2	3	4	5	6

ВІДОМОСТІ
про наявність робочих місць

Номер робочого місця	Назва робочого місця (узагальнене призначення)	Вид вимірювань	Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
1	2	3	4

ВІДОМОСТІ
про наявність стандартних зразків складу
та властивостей речовин і матеріалів

Умовне позначення та найменування стандартних зразків	Призначення стандартних зразків	Найменування, номінальне значення, невизначеність вимірювання сертифікованої характеристики	Сертифікат стандартних зразків, номер, дата видачі, ким виданий	Термін придатності стандартних зразків
1	2	3	4	5

Додаток 2

до Вимог до структури та змісту документів наукового метрологічного центру, державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну діяльність, та повірочної лабораторії, які уповноважуються на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, для досягнення їх відповідності встановленим критеріям та до свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (пункт 2)

ПРОЕКТ сфери уповноваження

(найменування заявника)

на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки)

Найменування категорії (групи) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки	Метрологічні характеристики	
	діапазон вимірювань	максимально допустима похибка та/або клас точності
1	2	3

Примітки: 1. Категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки наводяться у графі 1 у послідовності, визначеній у Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374.

2. У разі зазначення класу точності у графі 3 обов'язково наводять технічний регламент та/або позначення національного стандарту, який надає презумпцію відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічного регламенту, що визначає цей клас точності.

3. Максимально допустимі похибки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки наводяться у графі 3 у вигляді границь абсолютної похибки (Δ), границь відносної похибки (δ), границь зведеної похибки (γ).

Керівник заявника

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Додаток 3
до Вимог до структури та змісту
документів наукового метрологічного
центру, державного підприємства, яке
належить до сфери управління
Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України та провадить метрологічну
діяльність, та повірочної лабораторії,
які уповноважуються на проведення
повірки засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в
експлуатації та застосовуються у
сфері законодавчо регульованої
метрології, для досягнення їх
відповідності встановленим критеріям
та до свідоцтва про уповноваження на
проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та
застосовуються у сфері законодавчо
регульованої метрології
(пункт 3)



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

**СВІДОЦТВО
про уповноваження
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та застосовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології**

№ _____

Чинне від “ ____ ” _____ р.

Діє до “ ____ ” _____ р.

Це Свідоцтво засвідчує, що _____
(найменування наукового метрологічного центру,

державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства розвитку

економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадить метрологічну

діяльність, повірочної лабораторії (далі – заявник) та місцезнаходження) відповідає критеріям уповноваження та має право на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Сфера уповноваження на ____ арк. наведена в додатку до цього Свідоцтва та є його невід’ємною частиною.

**Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України**

(підпис)

(ім’я та прізвище)

Додаток
до Свідоцтва про уповноваження на
проведення повірки засобів
вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації
та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології
від _____ № _____

СФЕРА УПОВНОВАЖЕННЯ

(найменування заявника)

на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
(далі – законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки)

Найменування категорії (групи) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки	Метрологічні характеристики	
	діапазон вимірювань	максимально допустима похибка та/або клас точності
1	2	3

Примітки: 1. Категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки наводяться у графі 1 у послідовності, визначеній у Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374.

2. У разі зазначення класу точності у графі 3 обов'язково наводять технічний регламент та/або позначення національного стандарту, який надає презумпцію відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічного регламенту, що визначає цей клас точності.

3. Максимально допустимі похибки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки наводяться у графі 3 у вигляді границь абсолютної похибки (Δ), границь відносної похибки (δ), границь зведеної похибки (γ).

**Керівник структурного підрозділу
Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України**

(підпис)

(ім'я та прізвище)